

Протокол Тендер МТ №2

итогов по закупку «Тендер МТ №2» на 2024 год еносебем тендера в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

Алматинская область, Илийский район,
С. Боралдай, мкр. Водник 1, 1А

«29» ноябрь 2024 год
14 часов 00 минут

Наименование и адрес Заказчика: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница" село Боралдай Илийского района государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
Адрес: Алматинская область, Илийский район, село Боралдай, мкр. Водник 1, 1А.

Тендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель директора по лечебной части – Избасаров Р. Ж.

Члены комиссии:

Член комиссии: Экономист – Ахметжанова Н. К.

Член комиссии: Главная медицинская сестра - Курбанова Г. Т.

Секретарь тендерной комиссии – Нурахмет Е. А.

подвести итоги по тендера по закупку «Тендер МТ №2» на 2024 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

1. Наименования, краткое описание, количество и выделенная цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество, объем	Цена, тенге	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Аппарат наркотно-дыхательный с принадлежностями.	штук	1	19 200 000	19 200 000
	Итого				19 200 000

№ п/п		Критерии		Описание					
		Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)		Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями.					
1									
2		Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)		Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями.					
3		№ п/п		Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)		Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)		
				Основные комплектующие					
		Требования к комплектации		1		Основной блок		Требования к характеристикам и техническим параметрам наркозно-дыхательного аппарата: возможность проведения ингаляционного наркоза у взрослых, детей и новорожденных – наличие. Поддержка газов: O ₂ , N ₂ O и Воздух - наличие. Газовое обеспечение: планти O ₂ , N ₂ O и Воздух - наличие. Давление источника газового питания - От 0.28 до 0.6 mPa. Контроль давления подачи газов - манометры на каждый газ. Возможность подачи газов при отсутствии электропитания – наличие. Встроенная аккумуляторная батарея – наличие (емкость не менее 4499 мАч и не более 4500 мАч, время работы от встроенного аккумулятора не менее 90 минут). Дополнительная аккумуляторная батарея – опционально (емкость двух батарей не менее 8999 мАч и не более 9000 мАч, время работы не менее 240 минут). Приводной газ – воздух. Автоматическое переключение привода газа – наличие. Входные соединители трубопроводов - фитинги с резьбой (NIST) для O ₂ , N ₂ O и Воздух. Система защиты пациента от типоксии: минимум 25% O ₂ в смеси. Все четыре колеса основания аппарата оснащены тормозами наличие. Дисплей: Тип – сенсорный. Размер не менее 10,3 и не более	

			10,4 дюйма. Разрешение не менее 1023×767 и не более 1024×768 пикселей. Регулировка яркости – наличие. Подсветка рабочей поверхности анестезиолога – наличие. Модули, устанавливаемые в аппарат – быстроразъемные (наличие). Отсек для быстроразъемных модулей – наличие, не менее чем на 2 модуля. Технические характеристики пневматического контура: контур многофазовый - наличие. Диапазон потока не менее 120 л/мин. Продувка O₂ не менее от 25 до 75 л/мин. Ротаметры: механические на 3 газа – наличие. Механический ротаметр на смешанный свежий газ – наличие. Расходомеры: Диапазон воздуха не менее от 0 до 15 л/мин. Диапазон O₂ не менее от 0 до 15 л/мин. Диапазон N₂O не менее от 0 до 10 л/мин. Технические характеристики дыхательного контура: Утечка системы не более 150 мл/мин при 3 кПа. Объем дыхательного контура: Режим ручной вентиляции не менее 1799 мл и не более 1800 мл. Режим механической вентиляции не менее 2599 мл и не более 2600 мл. Канистра с поглотителем не менее 1499 мл и не более не более 1500 мл. Стакан для сбора воды – наличие: отсоединение независимо от остального оборудования – наличие. АССГО – наличие. АССГО используется единым выходом с дыхательным – наличие. Объем не менее 5 мл и не более 6 мл. Датчики потока (на вдохе и на выдохе) - наличие. Клапан сброса избыточного давления – наличие. Клапан безопасности - позволяет пациенту дышать воздухом помещения при неисправности. Клапан ограничения давления (APL): не менее от 1 до 70 см H₂O. Минимальное давление открытия клапана APL не более 0,2 кПа. Регулируемые технические параметры аппарата ИВЛ: Пределный уровень давления не менее от 10 до 100 см H₂O. Уровень регулировки давления вдоха не менее от 5 до 60 см H₂O. Уровень поддержки давления не менее от 3 до 60 см H₂O. Положительное давление в конце выдоха не менее от 3 до 30 см H₂O. Дыхательный объем: минимальное значение дыхательного объема не менее 20 мл, максимальное значение дыхательного объема не более 1500 мл. Минимальная частота дыхания не менее от 2 до 60 вдохов/мин. Время для достижения давлением заданного давления не более от 0 до 2 с. Частота дыхания не менее от 4 до 100 вдохов/мин. Отношение времени вдоха ко времени выдоха не менее от 4:1 до 1:8. Отношение времени вдоха ко времени выдоха при апноэ не менее от 4:1 до 1:8. Окно триггера не менее от 5 до 90 % Процентная доля времени плато вдоха во времени всего вдоха не менее от 5 до 60 %	
--	--	--	---	--

			времени вдоха. Время вдоха не менее от 0,2 до 5 с. Триггер: по давлению не менее от -20 см H₂O до -1 см H₂O, по потоку не менее от 0,5 до 15 л/мин. Выдох⁹ не менее от 5 до 60 %. Давление апноэ не менее 3—60 см H₂O. Пиковый поток для клапана вдоха не менее 120 л/мин. Максимальный минутный объем не менее 18 л/мин. Контролируемые технические параметры аппарата ИВЛ: Минутный объем не менее от 0 до 100 л/мин. Дыхательный объем не менее от 0 до 2500 мл. Давление в контуре не менее от -20 до 120 см H₂O. Частота дыхания не менее от 0 до 120 вдохов/мин. Отношение времени вдоха ко времени выдоха не менее от 8:1 до 1:10. Соппротивление не менее от 0 до 600 см H₂O/(л/с). Положительное давление в конце выдоха не менее от 0 до 70 см H₂O. Концентрация O₂ не менее от 18 % до 100%. Комплаенс – наличие. Режимы и методы ИВЛ: Режим вентиляции VCV (Вентиляция с регулируемым объемом) – наличие. Режим вентиляции PCV (Вентиляция с регулируемым давлением) – наличие. Ручная вентиляция – наличие. Режим вентиляции SIMV (Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) (SIMV-VC/SIMV-PC) – наличие. Режим вентиляции PS (Вентиляция с поддержкой давлением) – наличие. Петли спирометрии RV, FV – опционально. Режим вентиляции PCV-VG (Вентиляция с регулируемым давлением и гарантированным объемом) – опционально. Испарители: Встроенное крепление испарителей – не менее 2 испарителя. Крепление selectatec with interlock – наличие. Парковаяная позиция испарителей – опционально. Севофлоран – наличие. Изофлоран – опционально. Фторотан (Галотан) – опционально. Дезфлюран – опционально. Энфлюран – опционально. Емкость испарителя не менее 350 мл. Сбор отработанных газов: пассивная AGSS система – наличие. Активная AGSS система – опционально. Капнометрия CO₂ в боковом потоке - опционально: Скорость потока отбора пробы: взрослые/дети не менее 120 мл/мин, новорожденные не менее 90/70 мл/мин. Скорость разветки не менее 3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Диапазон CO₂ не менее 0-99 мм.рт.ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Диапазон ЧД не менее 0-120 вдохов/мин. Время апноэ менее 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. Капнометрия CO₂ в основном потоке - опционально: Время нарастания не более 60 с. Скорость разветки не менее 3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Диапазон CO₂ не менее 0-150 мм.рт.ст. Диапазон ЧД не менее	
--	--	--	---	--

			0-150 вдох/мин. Время апноэ менее 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. Мультигаз (CO ₂ , N ₂ O, анестетики) – наличие: Скорость потока отбора: Взрослые, дети не менее 200 мл/мин, новорожденные не менее 120 мл/мин. Диапазон измерений: CO ₂ не менее от 0 до 100%. N ₂ O не менее от 0 до 100%. Десфлоран не менее от 0 до 5%. Sev не менее от 0 до 8%. Энфлоран не менее от 0 до 5%. Изофлоран не менее от 0 до 5%. Галотан не менее от 0 до 5%. ЧДЦП не менее от 2 до 100 вдох/мин. Показания на дисплее - Fi и Et, MAC значения.	
		Цветной дисплей высокого разрешения с возможностью сенсорного управления	Графический дисплей: цветной ЖК с возможностью сенсорного управления – наличие. Размер экрана не менее 10,3 и не более 10,4 дюйма. Разрешение экрана не менее 1023х767 и не более 1024х768.	1 комплект
		3	Поддержка газов: O ₂ , N ₂ O & Air	1 комплект
		4	Шланги подачи O ₂ , воздуха, N ₂ O в комплекте	1 комплект
		5	Абсорбер CO ₂	1 комплект
		6	Модуль SIMV	1 комплект
		7	Модуль PS	1 комплект
Дополнительные комплектующие:				
1	Дыхательный контур многогазовый, с принадлежностями	Включая: Дыхательная трубка, для взрослых, не менее 1,4 м и не более 1,5 м, 2 шт. Силиконовый резервный мешок, не менее 2,9 л и не более 3 л, 1 шт. Силиконовая лицевая маска, для взрослых, 1 шт. У-коннектор, 1 шт. L-коннектор, 22M/15F, 22F, 1 шт.		1 комплект

[illegible]

	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, за исключением расходов материалов. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
7	поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, жира, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

2. Сумма закупы: 19 200 000,00 (Девятнадцать миллионов двести тысяч) тенге 00 тьын.

3. Наименование, местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	БИН потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «Альфоком»	160140005550	РК, г. Алматы, ул. Егизбаева, 13 офис 203	28.11.2024 г. 09 час, 10 мин.
2	ТОО «Express Фарм»	150440028013	РК, г. Талдыкорган, ул. Абылай хана, 363	28.11.2024 г. 16 час, 50 мин.

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№	Наименование	Тендерная заявка	Копия документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности	Копия Устава	Копия лицензии/талон на оптово-розничную реализацию медицинских изделий	Отсутствие налоговой задолженности	Ценовое предложение	Внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки	Техническая спецификация	Регистрационное удостоверение	Пронумеровано, скреплено подписью и печатью
1	ТОО «Альфоком»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	ТОО «Express Фарм»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

5. Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления тендерных заявок:

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество, объем	Цена, тенге	Сумма, тенге	ТОО «КазМедГруп»	ТОО «Биовиста»
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями.	штук	1	19 200 000	19 200 000	19 200 000	18 800 000
	Итого				19 200 000		18 800 000

6. Отклоненные тендерные заявки и основание для отклонения:

- отсутствует.

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями отсутствует:

7. По результатам оценки и сопоставления представленных тендерных заявок тендерная комиссия решила:

В соответствии с п. 66, параграф 4, Главы 2, Раздела 2 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110:

- Признать победителем по закупке «Тендер МТ №2» ТОО «Express Фарм» БИН 150 440 028 013, данный поставщик предложил наименьшее ценовое предложение в закупке способом тендера;

- Заключить с ТОО «Express Фарм» договор закупки на сумму 18 800 000, 00 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 (ноль) тьм.

8. Наименование и местонахождение победителя (ей) тендера по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель:

№ лота	Наименование лота	Наименование и местонахождение победителя	Цена за единицу, плановая	Цена за единицу, победителя	Условия, по которому определен победитель
1	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями.	ТОО «Express Фарм» РК, г. Талдыкурган, ул. Абылай хана, 363	19 200 000	18 800 000	Победители определены в соответствии полноты представленных тендерных документов и согласно п. 66, параграф 4, Главы 2 Раздела 2 Приказа

9. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя:

№ лота	Наименование лота	Наименование и местонахождение второго победителя	Цена за единицу, плановая	Цена за единицу, второго победителя	Условия, по которому определен победитель
1	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями.	ТОО «Альфоком» РК, г. Алматы, ул. Егизбаева, 13 офис 203	19 200 000	19 200 000	Победители определены в соответствии полноты представленных тендерных документов и согласно п. 66, параграф 4. Главы 2 Раздела 2 Приказа

10. Экспертное мнение не прилагается.

Подписи представителей тендерной комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель директора по лечебной части – Избасаров Р. Ж.

Члены комиссии:

Член комиссии: Экономист – Ахметжанова Н. К.

Член комиссии: Главная медицинская сестра - Курбанова Г. Т.

Секретарь тендерной комиссии – Нурахмет Е. А.

